

ДЕРЖАТЕЛЬ ВАКУУМНОЙ ПРОБИРКИ С ИГЛОЙ ДЛЯ ЗАБОРА КРОВИ ОДНОРАЗОВОГО ПРИМЕНЕНИЯ СТЕРИЛЬНЫЙ




Производитель:	ООО «Эрмайнс», Россия, РТ, г. Казань
Регистрационное удостоверение:	№ РЗН 2016/4640 от 25.08.2016
Назначение:	Одноразовый держатель вакуумной пробирки (держатель) с иглой для забора крови стерильный (Изделие) предназначен для обеспечения повышенной безопасности медперсонала и максимального комфорта для пациента при заборе крови в вакуумную пробирку.
Область применения:	Клиническая лабораторная диагностика.
Описание изделия:	<p>Изделие стерильное одноразового применения, состоящее из:</p> <ul style="list-style-type: none">● иглодержателя, изготовленного из медицинского сертифицированного высококачественного сырья российского производства, представляющего собой полый цилиндр с наконечником конусообразной формы, выполняющим роль Луер-адаптера;● иглы специальной, предназначенной для прокола пробки вакуумной пробирки и представляющей собой металлическую трубку с острием в рабочей части, закрытой защитным чехлом, предотвращающим контакт рабочей части с окружающей средой после извлечения вакуумной пробирки из держателя;● иглы для забора крови 0,8х38 мм (игла инъекционная), соединяющейся с иглодержателем, непосредственно перед венепункцией. Прочность соединения обеспечивается конусностью типа Луер.

ВНИМАНИЕ!

Держатель разработан для использования стандартных игл любых производителей, имеющие соединение типа Луэр

Меры предосторожности:	<ul style="list-style-type: none"> ● эксплуатацию Изделия проводить в соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации медицинских изделий в учреждениях здравоохранения согласно медицинским инструкциям по проведению эксфузионных процедур; ● перед использованием Изделия проверить целостность индивидуальной упаковки; ● не использовать повреждённое Изделие; ● в процессе эксплуатации Изделия не отсоединять иглу для забора крови от иглодержателя; ● использованное Изделие утилизировать в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном учреждении.
Условия хранения:	от плюс 5°С до плюс 40°С и относительной влажности не более 80% при температуре плюс 25°С.
Срок годности:	три года с даты стерилизации
Стерилизация:	газовая — окись этилена
Упаковка:	Изделие упаковано в индивидуальную потребительскую упаковку

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЯ



- 1 — игла для забора крови
- 2 — иглодержатель
- 3 — вакуумная пробирка с крышкой

1. Извлечь Изделие из индивидуальной потребительской упаковки, проверить комплектность, провести внешний осмотр.
2. Плотнo надеть иглу для забора крови 1 на иглодержатель 2.
3. Извлечь вакуумную пробирку из упаковки

ВНИМАНИЕ!

Изделие может быть использовано для забора крови с вакуумными пробирками любых производителей, имеющих регистрационное удостоверение на территории РФ.

4. Непосредственно перед венеопункцией снять предохранительный колпачок с иглы для забора крови.
5. Выполнить венеопункцию пациента, соблюдая соответствующие медицинские инструкции по проведению эксфузионных процедур.
6. Взять иглодержатель одной рукой, а другой рукой взять вакуумную пробирку 3 и вставить крышкой в иглодержатель до упора и осторожно надавить. При этом игла специальная должна проколоть пробку пробирки.
7. Убедиться, что внутренняя полость пробирки начинает заполняться кровью. В случае если кровь в пробирку не поступает, необходимо извлечь пробирку из иглодержателя и подключить к Изделию другую пробирку.
8. Дождаться заполнения вакуумной пробирки кровью до необходимого объёма.
9. Извлечь пробирку из иглодержателя и установить в штатив. При необходимости дополнительного количества проб крови подключить другую вакуумную пробирку к Изделию, не вынимая иглы из вены пациента.
10. Осторожно извлечь иглу для забора крови вместе с иглодержателем из вены, соблюдая соответствующие медицинские инструкции по проведению эксфузионных процедур.
11. После использования Изделие поместить в контейнер с дезинфицирующим раствором для дальнейшей утилизации.